

重庆师范大学文件

重师发〔2024〕20号

重庆师范大学关于印发实验室安全风险评估 与分类分级管理办法的通知

校属各单位：

《重庆师范大学实验室安全风险评估与分类分级管理办法（试行）》已经校长办公会研究通过，现印发给你们，请认真学习并遵照执行。

重庆师范大学

2024年3月23日

重庆师范大学实验室 安全风险评估与分类分级管理办法

（试 行）

第一章 总 则

第一条 加强学校实验室安全管理，落实实验室安全主体责任，提高实验室安全管理的科学化、规范化和专业化水平，实现对实验室安全风险的有效性和针对性管控，按照《中华人民共和国安全生产法》《高等学校实验室安全规范》《重庆师范大学实验室安全管理办法（试行）》等文件及教育部高校实验室安全检查要求，结合学校实际，制定本办法。

第二条 实验室安全分类分级是根据危险源的特性和可能导致（引发）危险的严重程度进行安全风险评估（评价），依据分类分级认定结果，配套专业化安全管理和预防措施。

本办法中所称的危险源是指可能导致人身伤害或疾病、物质财产损失、工作环境破坏等的根源、状态、行为或其组合；危险源辨识指识别危险源的存在并确定其特性的过程；风险评价指对危险源导致的风险进行评价，对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。

第三条 本办法适用于学校各级各类教学、科研实验室及相关实训场所（以下统称“实验室”）。实验室安全风险评估与分

类分级以房间为单位，按照所涉及的危险源及安全风险程度进行风险评估、分类和风险等级的认定。

第二章 管理机构和职责

第四条 学校实验室建设管理工作小组负责指导开展实验室安全风险评估与分类分级相关工作，并对执行情况进行监督。

第五条 实验室建设与管理处负责制定实验室安全风险评估与分类分级管理办法，统筹协调开展全校实验室安全风险评估与分类分级认定工作；科研处协助指导科研实验室安全风险评估与分类分级认定工作。

第六条 各教学科研单位作为实验室安全工作的责任主体，负责组织本单位所属实验室危险源辨识和安全风险评估与等级认定工作，审核和确认实验室认定结果，报实验室建设与管理处备案；负责本单位实验室安全风险评估与分类分级日常管理，根据实验室安全风险认定结果组织开展风险等级标识的张贴、管理措施的制定、应急预案的编写等工作，加强对高风险实验室的重点管控。

第七条 各实验室负责人是本实验室安全管理直接责任人，负责落实本实验场所风险源的辨识和安全风险等级的评估与认定，认定结果报所在单位审核确认；负责本实验室安全风险评估与分类分级日常管理，加强对重点危险源的管控，建立应急管控措施并报所在单位备案。

第三章 实验室安全分类管理

第八条 实验室安全分类主要根据实验场所中涉及的危险源类别进行划分，结合我校学科门类、专业设置及教学科研特点，将全校实验室分为六类：化学类、生物类、辐射类、机电类、电子类和其他类。

（一）化学类实验室

化学类实验室包括从事有机化学、无机化学、分析化学、物理化学、生物化学、化学工程、环境工程、材料科学、生物工程、制药工程、能源工程等专业方向中涉及化学反应、化学试剂的实验室。这类实验室中的危险源主要分为两类，一类是易制爆、易制毒、有毒化学药品可能带来的化学性危险源；另一类是高压、高温及设备设施缺陷和防护缺陷所带来的物理性危险源。管理重点是剧毒、易制毒、易制爆、麻醉和精神类药品、国家应急管理部重点监管的危险化学品、实验气体、化学废弃物等的安全管理。

（二）生物类实验室

生物类实验室包括从事人类医学、动物医学、动物科学（含水产养殖）、农学（含草学、茶学、烟草等）、林学、植物保护等方面的实验室。其危险源主要分为两类，一类是病原微生物，包括病毒、细菌、真菌、寄生虫等；另一类是生物材料，包括转基因生物、实验动物、实验用传代细胞等。这些危险源的释放、扩散可能引起实验室内和外部环境空气、水、物体表面的污染或人体感染，即可对实验室人员、内外部环境造成危害。管理重点

是开展病原微生物研究和实验必须在具备相应安全等级的实验场所进行，开展实验动物相关工作必须具有相应的许可证（包括生产许可证、使用许可证、从业人员资格证等），使用的实验动物及相关产品必须来自有实验动物生产许可证的单位且质量合格。

（三）辐射类实验室

辐射类实验室是指涉及放射性同位素、射线装置等的实验场所，主要危险源为放射性物质。管理重点是放射源及射线装置的使用资质、存放场所、涉辐人员防护、辐射废物处置等的安全管理。

（四）机电类实验室

机电类实验室包括从事设计制造、过程装备与控制、化工机械、材料科学、光电工程等专业方向中较多涉及机械设备、电气设备、精密仪器设备、特种设备等的实验室。这类实验室的主要危险源包括机械加工类设备与工具、高压及大电流设备、激光设备、高温加热设备、超低温设备等。管理重点是高温、高压、高速运动等特殊设备及机械、电气等的安全管理，特种设备应按要求取得《特种设备使用登记证》《压力容器登记卡》或其他有关登记证件，定期检验，操作人员持证上岗并严格遵守操作规程。

（五）电子类实验室

电子类实验室包括计算机科学与技术、电子信息、软件工程、教育技术等专业方向中较多涉及计算机、电路板等的实验室，也包括各专业设立的机房。这类实验室主要危险源是带电导体上的电能，如人员触电、电路短路、焊接灼伤等。管理重点是用电设

备的管理。

（六）其他类实验室

其他类实验室是指不涉及上述分类的实验室，主要危险源为实验室用电用水安全风险和消防安全风险。

第九条 实验室应严格遵守国家及学校相关法规制度要求，履行各类安全审验和报批程序，学校和教学科研单位在实验室风险评价的基础上，针对危险源实施差异化管理。

第四章 实验室安全风险分级管理

第十条 实验室安全风险分级标准：根据实验室涉及危险源的数量及危险程度，依据实验室安全风险等级评价指标评分，将实验室安全风险级别由高到低划分为一级（高风险等级）、二级（较高风险等级）、三级（中风险等级）、四级（低风险等级）共四个等级（《实验室安全风险分级表》见附表1）。

第十一条 实验室安全风险等级评价指标主要包括：实验室所从事的各类教学科研项目过程中存在的风险；存放或使用危险化学品、病原微生物产生的风险；存放或处置危险废物产生的风险；使用实验室射线装置、钢瓶、压力容器、烘箱、马弗炉、起重类设备、高压强磁设备等产生的风险等（《实验室安全风险评价表》见附表2）。

第十二条 安全风险等级认定

（一）一级安全风险实验室

一级安全风险实验室，危险源最多，风险最大。

存放或使用易燃、易爆、高毒、腐蚀危险气体；存放或使用剧毒、易制爆、易制毒化学品；存放或使用第一、二类病原微生物；存放或使用非豁免放射源或Ⅰ类、Ⅱ类射线装置；使用千伏以上高压电；危险化学品（压缩气体或液化气体除外，下同）存量大于等于40L（或Kg）；易燃易爆性化学品（压缩气体或液化气体除外，下同）存量大于等于10L（或Kg）；按照《实验室安全风险评价表》评分 ≥ 80 分。涉及其中一项的实验室确定为一级安全风险实验室。

（二）二级安全风险实验室

二级安全风险实验室，危险源数量较多，风险程度较高。

危险化学品存量大于等于20L（或Kg）且小于40L（或Kg）；易燃易爆性化学品存量小于10L（或Kg）；存放或使用除非豁免放射源和Ⅰ类、Ⅱ类外的射线装置；存放须办理《特种设备使用登记证》的仪器设备；按照《实验室安全风险评价表》评分， $60 \leq \text{评分} < 80$ 分。涉及其中一项的实验室确定为二级安全风险实验室。

（三）三级安全风险实验室

三级安全风险实验室，危险源数量较少，风险程度较低。

危险化学品存量小于20L（或Kg）；存有传动类、转动类机械设备或强电类设备；按照《实验室安全风险评价表》评分， $30 \leq \text{评分} < 60$ 分。涉及其中一项的实验室确定为三级安全风险实验室。

（四）四级安全风险实验室

四级安全风险实验室，危险源数量少，风险程度低。

未列入以上三个级别或按照《实验室安全风险评价表》评分<30分的实验室定为四级安全风险实验室。

第十三条 在实验室安全风险等级认定中，对危险源和危险程度存在争议或按上述原则无法确定等级的，实验室负责人将实验室危险源情况、争议的问题及不能确定的原因报所在单位实验室安全工作组进行审核，确定实验室安全风险等级。

第十四条 实验室安全风险分级管理

实验室安全风险分级管理应从安全信息牌张贴、防护措施、准入培训、安全检查、应急预案与演练等方面落实。

（一）安全信息牌张贴

各级各类实验实验室须按统一规范安装实验室安全信息牌，信息包括：实验室类别与风险等级、安全风险点的警示标识、安全责任人、涉及危险类别、防护措施和有效的应急联系电话等。

（二）防护措施

实验室应按照危险源的辨识结果，配备相应的防护设施，包括特殊防护、消防、监控、报警、应急救援、防静电、防雷电等设施，张贴安全警示标识。

（三）准入培训

实验室必须严格落实安全准入制度，根据安全风险等级对实验室相关人员进行针对性安全教育培训，并记录存档。

（四）安全检查

1. 实验室自查：每日1次。

2. 二级单位检查：一级实验室每两周不少于1次，二级实验室每月不少于1次，三级实验室每两个月不少于1次，四级实验室每学期不少于1次。

3. 校级检查：一级实验室每月不少于1次，二级实验室每两个月不少于1次，三级实验室每学期不少于1次，四级实验室每年不少于1次。

（五）应急预案与演练

1. 实验室针对高风险危险源开展风险评估，制订应急处置方案，置于醒目位置，并报所在单位备案。

2. 涉及一、二级实验室的二级单位，每学期开展一次针对性的应急演练；三、四级实验室每年安排人员参与一次应急演练。

第五章 监督检查与实施

第十五条 实验室分类分级实施程序

1. 每学期初实验室安全责任人对本实验室的危险源进行辨识，如实向所在单位提交《实验室危险源辨识清单》（附表3）。

2. 二级单位对实验室的危险源辨识结果，即《实验室危险源辨识清单》（附表3）进行审核，并认定分类分级结果。

3. 二级单位将审核认定结果在单位内部通报，同时报实验室建设与管理处备案。

第十六条 实验室分类分级实行动态调整。当实验室的使用方向或研究内容等关键因素发生改变时，实验室应当重新进行危险源辨识和风险评估，并将结果及时向所在教学科研单位报备，

教学科研单位应及时报实验室建设与管理处进行风险级别的调整。

第十七条 实验室建设与管理处对实验室分类分级实行年检制度，每年定期对认定结果进行抽查复核，根据复核情况对分类分级结果进行修正。

第十八条 学校根据实验室安全定级情况，高风险等级实验室较多、承担安全管理任务较重的教学科研单位，在实验室安全建设投入、实验人员安全培训及目标绩效考核等方面优先给予支持和倾斜。

第六章 附 则

第十九条 本办法未尽事宜，按国家有关法律、标准执行。

第二十条 本办法由教务处（实验室建设与管理处）负责解释，自发布之日起施行。

附件: 1. 实验室安全风险分级表

2. 实验室安全风险评价表

3. 实验室危险源辨识清单

附件 1

实验室安全风险分级表

实验室安全 风险级别	评价指标
一级	<p>存放或使用易燃、易爆、高毒、腐蚀危险气体；</p> <p>存放或使用剧毒、易制爆、易制毒化学品；</p> <p>存放或使用第一、二类病原微生物；</p> <p>存放或使用非豁免放射源或Ⅰ类、Ⅱ类射线装置；</p> <p>使用千伏以上高压电；</p> <p>危险化学品（压缩气体或液化气体除外，下同）存量$\geq 40\text{ L}$（或 Kg）；</p> <p>易燃易爆性化学品（压缩气体或液化气体除外，下同）存量$\geq 10\text{ L}$（或 Kg）；</p> <p>按照《实验室安全风险评价表》评分≥ 80分。</p>
二级	<p>20 L（或 Kg）\leq危险化学品存量$< 40\text{ L}$（或 Kg）；</p> <p>易燃易爆性化学品存量$< 10\text{ L}$（或 Kg）；</p> <p>存放或使用除非豁免放射源和Ⅰ类、Ⅱ类外的射线装置；</p> <p>存放须办理《特种设备使用登记证》的仪器设备；</p> <p>按照《实验室安全风险评价表》评分，$60\text{ 分} \leq \text{评分} < 80\text{ 分}$。</p>
三级	<p>危险化学品存量$< 20\text{ L}$（或 Kg）；</p> <p>存有传动类、转动类机械设备或强电类设备；</p> <p>按照《实验室安全风险评价表》评分，$30\text{ 分} \leq \text{评分} < 60\text{ 分}$。</p>
四级	<p>按照《实验室安全风险评价表》评分< 30分。</p>

注：以每间实验室为单位进行评级。

附件 2

实验室安全风险评价表

序号	项目	分值	评价指标	计分标准	计分
1	教学科研活动	15	所从事的实验是否涉及合成放热、压力实验、持续加热等危险程度较高的因素。	涉及合成放热实验，+5 分	
				涉及压力实验，+5 分	
				涉及持续加热实验，+5 分	
2	危险化学品	20	实验室易燃易爆化学品和危化品存量	存在易燃易爆化学品(< 10L)，+10 分	
				危化品存量<10L (或 Kg)，+5 分	
				10L (或 Kg) ≤ 危化品存量< 20 L (或 Kg)，+10 分	
3	病原微生物	10	实验室是否存有和使用病原微生物；病原微生物危险等级	存在活性的病原微生物，对人或其它动物感染性较弱，或感染后易治愈，+10 分	
4	危险废物	10	实验室每月危险废弃物的产生量	产生量<25L，+3 分	
				25L ≤ 产生量<75L，+6 分	
				产生量 ≥ 75L，+10 分	
5	气体钢瓶	10	气体钢瓶数量	1-2 个，+3 分	
				3-5 个，+6 分	
				6 个及以上，+10 分	

6	压力 容器	10	压力容器（气瓶除外）数量	1-2 台，+3 分	
				3-5 台，+6 分	
				6 台及以上，+10 分	
7	加热 设备	5	烘箱、马弗炉数量	1-2 台，+1 分	
				3-5 台，+3 分	
				6 台及以上，+5 分	
8	冰箱	10	存放危险化学品的冰箱 使用年限，是否为防爆冰 箱	使用年限<5 年，+1 分	
				5 年≤使用年限<8 年，+3 分	
				使用年限≥8 年，+5 分	
				不是防爆冰箱或未进行防爆 改造，+5 分	
9	管理 情况	10	实验室日常检查情况	实验室未建立日检制度或日 检不落实或记录不完整， +10 分	

注：以每间实验室为单位进行评价。

附件 3

实验室危险源辨识清单

单位名称: (盖章)

实验室名称			实验室地点	(楼号+房间号)
实验室安全责任人			联系电话	
实验室日常管理		<input type="checkbox"/> 日检有记录 <input type="checkbox"/> 日检未落实 <input type="checkbox"/> 未建立日检制度		
危险源清单				
序号	危险源名称	类别	数量/单位	特性
1	品名	易燃化学品		
2	品名	易爆化学品		
3	品名	高毒化学品		
4	品名	腐蚀性化学品		
5	品名	剧毒品		
6	品名	易制爆化学品		
7	品名	易制毒化学品		
8	品名	危险化学品		
9	病原微生物	第一、二类病原微生物		
10	非豁免放射源名称	辐射类设备		
11	射线装置名称			
12	起重设备名称	起重类设备		

13	传动设备名称	传动类机械设备		
14	强电设备名称	强电类设备		
15	转动设备名称	转动类机械设备		
16	实验室危废	危险废物		
17	气体名称	气体钢瓶		
18	压力容器名称	压力容器		
19	烘箱	加热设备		
20	马弗炉			
21	烧结炉			
22	反应釜			
23	制冷机	制冷设备		
24	普通冰箱（防爆改造）			
25	普通冰箱（未防爆改造）			
26	超低温冰箱			
安全风险评价表评分：_____			认定等级：____，实验室类别：	
实验室负责人（签字）：_____				
单位负责人（签字）：_____				

